

Запрос коммерческих предложений на поставку
цифрового рентгенографического аппарата в 2013г.
(Закупка №М10)

Предмет договора: Поставка цифрового рентгенографического аппарата ПроГраф-5000 в соответствии с Таблицей 1

Поставка: Москва, август 2013г.

Финансирование: Внебюджетные средства.

Обеспечение заявки: Не требуется.

Документация: 0 руб.

Условия выдачи документации: на сайте Заказчика www.epm-med.ru.

Информация о подаче заявок:

Прием заявок: 21 июня 2013 г. — 27 июня 2013 г., 17.00, на адрес электронной почты и по фактическому адресу Заказчика.

Рассмотрение предложений: 27 июня 2013 г., 17.00, по адресу Заказчика.

Подведение итогов: 27 июня 2013 г., 17.00, по адресу Заказчика.

Заказчик и его адрес:

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Экспериментально-производственные мастерские» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП «ЭПМ» ФМБА России), 123182, г.Москва, ул.Щукинская, д.5, стр.2

Контактное лицо: Быков Игорь Анатольевич +7(499)190-64-24 доб.131

E-mail: epm-market@mail.ru.

Описание оборудования

Цифровой рентгенографический аппарат ПроГраф-5000, пр-во Россия

1 комплект

Технические характеристики:

Пространственное разрешение	3,5пар линий на мм
Доза на кадр	600 мкР
Возможность выбора для пациента нужного положения	Наличие
Регулируемый по высоте рентгенопрозрачный стол	Наличие
Траверса может перемещаться в вертикальном направлении	Наличие
Возможность выбора фокусного расстояния и угла съемки	Наличие
Функция автоматике по органам	
Питающее устройство	подключается к электрической сети 220В ± 10% и сопротивлением до 1 Ом
Рабочее место врача-рентгенолога №1 : - специальный внешний накопитель на «жестких» дисках, с архивом не менее чем на 5 лет - режим постоянной доступности архива снимков - вывод снимка на экран не позднее 20 секунд после запроса - графический монитор для работы с базой данных и для описания снимка не менее 17 дюймов - лазерный принтер для печати периодических отчетов	Наличие
Рабочее место врача-рентгенолога (рентгенлаборанта) №2: - специальный внешний накопитель на «жестких» дисках - режим постоянной доступности архива снимков - вывод снимка на экран не позднее 20 секунд после запроса - графический монитор для ведения базы данных, управления рентгеновским аппаратом и контроля качества получаемого снимка не менее 17 дюймов	Наличие
Соответствие международному протоколу DICOM 3.0, включающие последние изменения стандарта 2008 года	Наличие
Возможность печати на DICOM –принтеры - Принтер медицинский для вывода снимков на печать с характеристиками не менее - Пространственное разрешение не менее 5232 на 4360 на синей пленке форматов не менее 354*430,279*354,253*304,202*253мм Обеспечивающий не менее 4096 оттенков серого цвета	Наличие